

KAM-regel 08, bijlage 7 Afwijzen van een onjuist afgeleverde container (WIVA vat , RVS container, dumpkruik , DPTE container)

In deze toelichting wordt beschreven hoe bij onjuist afgeleverde lege of gevulde container gehandeld moet worden

Afwijzen door L&O

Een onjuist afgeleverde container/WIVA-vat wordt door L&O geweigerd voor transport. Afwijzing kan op grond van de volgende redenen:

- het ontbreken van een volledig ingevuld label;
- niet goed afgesloten deksel op het vat;
- vermoeden van onjuiste belading;
- een onleesbaar tangnummer
- onleesbare identificatie sticker op WIVA vat of het ontbreken van de sticker
- onjuist bevestigde loodjes;
- een vuile buitenzijde;
- een container die zwaarder is dan 23 kg ;

Bij afwijzen van de container/WIVA-vat door de medewerker van L&O wordt deze voorzien van het witte label (zie volgende pagina) met vermelding van de reden van afwijzen. De tanghouder of de beheerder van het betreffende laboratorium wordt direct mondeling op de hoogte gesteld en deze treft corrigerende maatregelen of laat dit treffen (bijvoorbeeld invullen groen of rood label, nieuw zegel aanbrengen, ompakken, schoonmaak buitenzijde, enz.).

Als onjuiste aflevering binnen drie maanden opnieuw voorkomt bij hetzelfde organisatieonderdeel wordt het hoofd schriftelijk geïnformeerd door L&O.

Bij vragen omtrent de veiligheid van de situatie (bijvoorbeeld niet goed afgesloten deksel of vuile buitenzijde) contact opnemen met de BVF via RIVM/Compliance. Vul een bijna-ongevalsmelding in als de situatie hiertoe aanleiding geeft (KAM-regel 015).

Afwijzen door lab- of vaccinproductie medewerker

Een onjuist door L&O aangeleverde container / WIVA vat kan afgewezen worden door dit kenbaar te maken op de andere zijde van het witte kaartje.

- het WIVA vat is geëxpireerd (het vat is ouder dan 5 jaar na productiedatum aangegeven op het vat).

Zie **Toelichting op afvalcontainers** (tav WIVA vat en RVS container) [\[Zie bijlage 6\]](#)

Wit label voor en achterzijde:

ANTONIE VAN LEEUWENHOEK TERREIN BILTHOVEN

Afwijzen container/WIVA-vat door laboratorium

Datum:

Naam laboratorium:

Deze container is niet geschikt voor gebruik als afvalcontainer omdat:

- De container niet heel is
- Het deksel niet goed aansluit op de container
- Het deksel niet voorzien is van een rood kapje aan de onderzijde
- Klemmen ontbreken/stuk zijn
- Anders:

ANTONIE VAN LEEUWENHOEK TERREIN BILTHOVEN

Afwijzen container/WIVA-vat door FB/CDV

Datum:

FB/CDV:

Deze container wordt afgewezen voor transport omdat:

- Een volledig ingevuld rood label ontbreekt
- Het tangnummer onleesbaar is
- De loodjes 'BESMET' onjuist bevestigd zijn
- De buitenzijde er vies uitziet
- De container zwaarder is dan 23 kg
- De container vermoedelijk onjuist beladen is, toelichting.....
- Anders: