

KAM-regel 13, bijlage 5D Vragenlijst met betrekking tot werkvoorschriften met GGO's op inperkingsniveau ML-I

Datum inspectie	
Doel inspectie	<input type="checkbox"/> periodieke controle <input type="checkbox"/> controle voor ingebruikname <input type="checkbox"/>
Naam laboratorium /afdeling	
Verantwoordelijk Medewerker(s)	
Nummer(s) van project(en) in uitvoering	
Gebouwnummer(s)	
Ruimtenummer en inperkingsniveau	
Opgesteld door	

Vragen	In orde	Niet in orde	NVT	Toelichting
1. Algemeen.				
De ruimte wordt schoon en netjes gehouden.				
De toegangsdeur is tijdens de werkzaamheden dicht.				
Na besmetting worden besmette oppervlakken direct gedesinfecteerd.				
Werkzaamheden met lager ingeschaalde of niet-GGO's worden uitgevoerd conform het inperkingsniveau van de ruimte.				
Persoonlijke bezittingen worden buiten de werkruimte opgeborgen.				
Er is geen eet- of drinkgerei in de ruimte aanwezig.				
Er is geen ongedierte aanwezig.				
2. Mbt werkzaamheden				
De werkoppervlakken worden gedesinfecteerd aan het einde van werkzaamheden.				
De werkoppervlakken worden gedesinfecteerd aan het einde van de werkdag.				
Het ontstaan en de verspreiding van aërosolen wordt vermeden.				
Er wordt niet met de mond gepipetteerd.				
Er wordt in de ruimte niet gegeten, gedronken of cosmetica aangebracht				
Er wordt passende, beschermende kleding tijdens het werk in het lab gedragen.				
Tijdens het werk worden geen polshorloges en/of sieraden gedragen aan armen en handen.				
Werkkleding blijft achter in de ruimte na afloop van werkzaamheden.				
Bij het verlaten van de ruimte worden de handen gewassen met zeep.				
3. Afval.				
Afval wordt volgens KAM-regel 008				

Vragen	In orde	Niet in orde	NVT	Toelichting
verzameld en afgevoerd.				
Besmette kleding wordt voor het wassen geautoclaveerd.				
4. Instructie/voorlichting.				
Alle betrokken medewerkers zijn op de hoogte van de relevante KAM-regels.				
Incidenten of bijna-incidenten worden gemeld conform KAM-regel 015.				
Tijdelijke medewerkers en nieuwe medewerkers volgen een introductieprocedure.				
Schoonmaakpersoneel ontvangt instructies als zij schoonmaken in de labruimte waar met GGO's gewerkt wordt.				
Er is toezicht door de VM op naleving van voorschriften door medewerkers.				

5. In geval van werkzaamheden met een bioreactor.				
De effectieve inhoud van de bioreactor is maximaal 100 liter.				
De bioreactor is zo gemaakt dat verspreiding van GGO's wordt beperkt.				
Vorming en/of verspreiding van aërosolen bij handelingen met de bioreactor wordt vermeden.				
Besmetting van externe oppervlakken bij handelingen met de bioreactor wordt vermeden.				
Voor het inactiveren van de inhoud van de bioreactor wordt een gevalideerde methode gevolgd.				
Lozing van de inhoud van de bioreactor vindt plaats na inactivatie volgens die gevalideerde methode.				
In geval van niet-GGO werk gelijktijdig met GGO-werk geldt het GGO-regime.				
Planten en dieren die geen deel uitmaken van het experiment zijn niet aanwezig in de werkruimte.				

Noteer aan de hand van bovenstaande lijst of aanpassingen nodig zijn en geef aan op welke termijn en door wie de actie uitgevoerd gaat worden.

Benodigde aanpassingen	Urgent, actie binnen 2 werkdagen	Belangrijk punt, actie binnen 10 werkdagen regelen	Minder belangrijk, verbetering plannen of combineren	actiehouder

Handtekening BVF: Datum: